Ansicht D



Ansicht A



Ansicht B



Ansicht C



B-B





Z (1:2.5)





A-A





Rahmen beidseitig mit Glattblech 1,5mm beplankt, als Schutz gegen auslaufendes Kühlwasser.



Lackierung:
Stahlbau in RAL 7035
Außenseite (mit Decke) RAL 7035
Innenseite verzinkt

Alle Wandelemente erhalten PVC-Griffe und werden mit Vorreibern befestigt.

Gewicht des größten demontierbaren Wand-Elementes: ca. 36 kg

Nach Freigabe der Zeichnung behalten wir uns vor, Kosten für spätere Änderungen in Rechnung zu stellen

Genehmigungszeichnung
genehmigt am:
von:
☐ Ohne Änderungen
☐ Mit Änderungen
Vermerke:

U. max.: 830. 1,5e

sta Schalltechnische Anlagen GmbH
57537 Wissen/Sieg
Tel. 02602/9507-0

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

	Datum	Name
Bearb.	03.03.2014	M.Vierschilling
Gepr.		
Norm		

CAD: C:\ABLAGE\ZEICHNUNGEN\11799-00 A.DWG

Zeichnung darf nur auf CAD geändert werden

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	diverse	12.03.14	MV

Ursprung

Maßstab 1:10 | Gewicht

Betreten oder Belasten der Decke verboten!
Technische Verbesserungen vorbehalten!

Max-Planck-Institut
Schallschutzkabine

11799-00 A

Blatt 86

Gedruckt von: markus.vierschilling Gedruckt am: 12.03.2014