



- FICHE D'INCIDENT / ANOMALIE**
INCIDENT/ANOMALY REPORT
- DEMANDE DE DEROGATION**
WAIVER REQUEST
- DEMANDE DE DEVIATION**
DEVIATION REQUEST

N° 4779 Rév.

Date : 29/03/2011

Page : 1/1

Réf. Projet/Project # :

ASSURANCE QUALITE
QUALITY ASSURANCE

Diffusion/Distribution :

MPIA.

Affaire/File : MPIA

Ensemble/Assembly : elliptical cylindrical lens

Pièce/Part : 2

Plan/Drawing : 4988/000.F001

Ind. : B

N° dossier /File # : 4988

N° cde/PO # :

Qté/Qty : 1 N°/# : 2

Doc. annexes, PV : 89078

Associated doc, IR :

Resp. Aff./Project manager : LG
Original : AQ/QA

TITRE/TITLE :

Planar surface aspect NC

DOCUMENTS APPLIC.
APPL. DOCUMENTS

FL n°

MINEURE/MINOR

MAJEURE/MAJOR


CRITIQUE/CRITICAL

Constat / Description :

Specification :

5/6x0.4 ;K2x0.025

Measurement : see drawing



Scratches : 0.09x50mm
0.16x20mm

Traitement proposé / Proposed processing		Actions produit/Action on product		Resp. resp.	Pour le due date	Clos le closed on
<input checked="" type="checkbox"/> Accepté en l'état / Accepted as is Retouche / Correction Réparation / Repair Rebut / Rejection Action sur les causes / action on causes Autre/Other :						
NOM / NAME	Rédigé par/Written by L. GUESTIN	Resp. Aff./Project manager L. GUESTIN	Resp. Qualité/Quality manager M. SEBILLEAU			
Date / Visa	29.03.11 L. Gustin	29.03.11 L. Gustin	29.03.2011 M. Sebilleau			
Commentaire client/Customer comment	Accep./Accep.	Refusé/rejected	Société/Company		Date - Visa	
Clôture traitement anomalie		Persistance anomalie		Resp. Qualité/Quality manager	Observ. /Comment	
Non Conformance Close Out		Anomaly persisting		M. SEBILLEAU		
Doc de clôture/Close out doc. :	Oui/Yes	Non/no				

AQSESO/018.FRM1.F